

19 septembre 2025

Avis de clarification sur l'étiquetage des produits

Madame, Monsieur,

Fresenius Kabi Canada souhaite fournir des détails supplémentaires pour éviter tout malentendu concernant les numéros de lot et les dates d'expiration imprimés sur les étiquettes des flacons grand format pour pharmacies :


- **Chlorhydrate de vancomycine pour injection, USP, flacon de 5 g**
- **Chlorhydrate de vancomycine pour injection, USP, flacon de 10 g**
- **Tobramycine pour injection, USP, flacon de 1,2 g**

Les lots énumérés ci-dessous comportent des informations complètement traçables et claires concernant le numéro de lot et la date d'expiration sur leurs étiquettes. Toutefois, les préfixes « LOT » et « EXP » qui précèdent normalement les valeurs numériques ont été omis. Le présent cas ne concerne que les lots énumérés ci-dessous et n'a aucune incidence sur la qualité et la sécurité du produit. Les lots concernés peuvent continuer à être utilisés.

DIN	Code de produit Fresenius Kabi	Nouveau! Code de produit MSD	Code de produit McKesson	Description du produit	Lots concernés/Date d'exp.
2241807	C314061	1000494	363788	Chlorhydrate de vancomycine pour injection, USP, flacon de 10 g	6134472 - 6/30/2027 6134628 - 6/30/2027 6134011 - 3/31/2027 6134072 - 3/31/2027 6134064 - 3/31/2027 6131428 - 9/30/2025 6131467 - 10/31/2025 6131640 - 11/30/2025 6131641 - 11/30/2025 6131989 - 1/31/2026 6132018 - 2/28/2026 6132283 - 3/31/2026 6132323 - 3/31/2026 6132487 - 4/30/2026 6132800 - 6/30/2026 6132985 - 8/31/2026 6133038 - 8/31/2026 6133131 - 9/30/2026 6133174 - 9/30/2026 6133540 - 11/30/2026 6133598 - 11/30/2026 6134762 - 7/31/2027 6135020 - 8/31/2027 6135021 - 8/31/2027

2139243	C295B1	1000497	642306	Chlorhydrate de vancomycine pour injection, USP, flacon de 5 g	6134233 - 4/30/2027 6131943 - 1/31/2026 6132656 - 5/31/2026 6133230 - 10/31/2026 6133713 - 1/31/2027 6134747 - 7/31/2027
0533688	C300351	1000531	297481	Tobramycine pour injection, USP, flacon de 1,2 g	6131688 - 10/31/2025 6134232 - 3/31/2027 6132254 - 4/30/2026

Veuillez vous référer à l'image et à la description ci-dessous pour un exemple.

	Étiquette approuvée	Étiquetage des lots concernés
Étiquettes de flacons		 Préfixes « LOT » et « EXP » omis. L'étiquette aurait dû indiquer : LOT 6134472 EXP 2027JN

Nous vous remercions de votre patience et de votre compréhension. Si vous avez des questions ou des préoccupations, veuillez contacter notre service à la clientèle au (877) 821-7724.

Cordialement,


 Joseph Le
 Directeur adjoint, Médicaments injectables
joseph.le@fresenius-kabi.com

Veuillez balayer le code QR pour vous inscrire à nos communications par courriel.

