

Le 7 août 2024

Isoflurane USP à 99,9 % Avis d'erreur d'étiquetage

Madame, Monsieur,

Fresenius Kabi Canada tient à vous informer qu'une erreur d'étiquetage a été constatée sur toutes les **étiquettes des boîtes** de nos préparations d'**Isoflurane USP à 99,9 %**. Les codes à barres DataMatrix 2D des étiquettes des boîtes sont encodés d'un GTIN inexact.

Veuillez noter que les informations des codes-barres linéaires de toutes les étiquettes des boîtes et des flacons individuels sont exactes.

Le tableau ci-dessous indique les produits concernés et le GTIN correct pour chaque boîte.

DIN	Code produit Fresenius Kabi	Code produit MPD	Code produit McKesson	Description du produit	GTIN exact de la boîte
02231929	M60303	941190	482216	Isoflurane USP à 99,9 % en flacons de 100 mL	00629336000388
02231929	M60302	941323	161414	Isoflurane USP à 99.9 % en flacons de 250 mL	00629336000371
02237518	CP0406V2	S.O.	S.O.	Isoflurane USP à 99.9 % en flacons de 250 mL Usage vétérinaire uniquement	00629336000395

Nous vous prions de nous excuser pour les désagréments que cela pourrait vous causer. Si vous avez la moindre question ou préoccupation, veuillez contacter notre Service à la clientèle au (877) 821-7724.

Cordialement,



Joseph Le
Directeur adjoint, Médicaments injectables
joseph.le@fresenius-kabi.com



Numériser et s'inscrire pour recevoir
nos communications par courriel