

28 février 2025

VL PN02-1 Set d'administration avec filtre de 1,2 micron **Notification de commande en souffrance**

Cher client,

Fresenius Kabi Canada a le regret de vous informer qu'il y a une interruption de l'approvisionnement de **l'ensemble de perfusion VL PN02-1 avec filtre de 1,2 micron jusqu'au 1 avril 2025**.

Fresenius Kabi Code produit	Description du produit	Estimation de la rupture de stock Date	Date de disponibilité estimée
M46442460	VL PN02-1 Set d'administration avec filtre de 1,2 micron	1er mars 2025	1er avril 2025

En remplacement, veuillez envisager d'ajouter un set d'extension de filtre de 1,2 micron à un autre set d'administration IV primaire, lorsque cela s'avère cliniquement approprié. Veuillez contacter votre fournisseur d'accessoires IV pour connaître les options d'un set d'extension de filtre de 1,2 micron. Fresenius Kabi ne fournit pas ce type de produit.

Nous sommes conscients des difficultés et des désagréments que vous pourriez rencontrer à la suite de notre interruption d'approvisionnement et nous vous remercions de votre patience et de votre compréhension à cet égard.

Si vous avez des questions ou des préoccupations, n'hésitez pas à contacter votre représentant Fresenius Kabi.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,

Lucy Chen
Responsable marketing senior, MedTech
Fresenius Kabi Canada