

Brukerveiledning

SmofKabiven®, **SmofKabiven® Perifer**, **SmofKabiven® Elektrolytfri**

1. Ta av overposen



Legg posen på et flatt underlag. Finn innsnittet ved posens portside. Riv langs overposen.



Hold i overposens nedre del og dra overposen løs. Løft ut posen. Kast overposen sammen med oksygenabsorbatoren.



2. Åpne sveisene og bland løsningen



Rull posen stramt diagonalt fra øverste høyre hjørne.



Rull væsken foran hendene til den første sveisen mellom aminosyre- og glukoseløsningen åpnes.



Fortsett å presse væsken foran hendene mens man ruller med et jevnt trykk.



Den siste sveisen til fettemulsjonen åpnes.



Den horisontale sveisen som her vises med en blå pil, skal ikke åpnes.



Bland løsningene nøye etter at sveisene er åpnet¹.

Tilsetninger

Alle tre kamrene må blandes sammen før det gjøres tilsetninger. Bland godt mellom hver tilsetning. Tilsetninger skal gjøres aseptisk.

Holdbarhet etter blanding med tilsetninger:

Fra et mikrobiologisk synspunkt bør produktet anvendes umiddelbart etter at tilsetninger er gjort. Oppbevaringstiden bør normalt ikke overstige 24 timer ved 2-8 grader¹. Forlikelighet for ulike tilsetningsstoffer og oppbevaringstid for de ulike blandingene er tilgjengelig på forespørsel. Kontakt oss for utvidete stabilitetsdata.

3. Tilsett og klargjør



Bryt av den hvite beskyttelsen på injeksjonsporten rett før tilsetning. **NB!** Membranen i porten er steril. For å gi fullstendig parenteral ernæring må vitaminer, sporelementer og evt ekstra elektrolytter tilsettes etter pasientens behov¹.



Vi anbefaler å bruke kanyler med nåletykkelse på 18-23 G og lengde 40 mm. Det er tilstrekkelig at nålespissen stikkes halvveis inn i injeksjonsporten ved tilsetning. Trekk opp Vitalipid[®]. Tilsett Vitalipid i Soluvit[®] og løs opp^{2,3,6}.



Brett posen dobbelt og tilsett vitaminene. Vend posen.



Trekk opp Addaven[®]/Peditrace[®] (til barn) i ny sprøyte^{4,5}.



Tilsett Addaven⁴. Vend posen godt.



Tilsetninger av større volum kan overføres ved hjelp av overføringssettet Freka Lipoflow[®].

4. Sett i infusjonssettet og heng opp posen



Bryt av den blå beskyttelsen på infusjonsporten like før tilkobling av infusjonssettet. Benytt et infusjonssett uten lufting eller steng lufteventilen. Koble til settet ved å samtidig trykke og vri spiken gjennom membran. NB! Membranen i porten er steril. Dersom settet fjernes fra posen lukkes portmembranen slik at væske ikke renner ut.



Heng opp posen i hullet under håndtaket. Start infusjonen.



