

Öppnings- och beredningsinstruktion

Påsen öppnas enkelt

1. Öppna och avlägsna ytterpåsen




a) Lägg påsen på ett plant underlag och öppna den med hjälp av den synliga rivanvisningen.



b) Håll emot ytterpåsens undre del och dra loss den övre. Lyft ur påsen, släng ytterpåsen samt syreabsorbenterna.
OBS! Innerpåsen är steril.

2. Öppna svetsarna och blanda lösningarna



a) Lägg påsen på ett plant underlag med handtagssidan mot dig. Rulla påsen bestämt diagonalt från det högra hörnet på handtagssidan. Rulla all vätska framför händerna tills första svetsen mellan glukos- och aminosyralösningen öppnas. Fortsätt sedan, utan uppehåll och med samma tryck, tills svetsen till kammaren med fettemulsionen öppnats.

b) Den horisontella svetsen skall inte öppnas.

c) Blanda lösningarna nogga efter att svetsarna öppnats samt efter varje tillsats.

3. Att göra tillsatser och förbereda infusionen



a) Avlägsna portskyddet från den vita tillsatsporten omedelbart innan tillsatserna skall göras.
OBS! Membranen i portarna är sterila.

b) Dra upp Vitalipid. Tillsätt Vitalipid i Soluvit och lös upp. Samla vätskan innanför porten genom att vika påsen. Använd kanyl med nål 18-23 gauge och maximal längd 40 mm. Håll tillsatsporten rak och injicera tillsatslösningen genom mitten av membranet. Blanda innehållet genom att vända påsen 3 gånger.

c) Tillsätt Tracel. Blanda innehållet nogga. Önskas extra tillsatser, se Fresenius Kabis tillsatsguide.

d) Tillsatser i större volymer, som Dipeptiven, kan föras över med hjälp av överföringsaggregatet Freka Lipoflow.

4. Sätt i infusionsaggregatet och häng upp påsen



b) Häng upp påsen i det runda upphängningshålet och starta infusionen.

a) Avlägsna portskyddet från den blå infusionsporten omedelbart innan infusionsaggregatet förs in. Använd icke-luftade aggregat eller stäng luftningsventilen på ett luftat aggregat. Tryck in hela spetsen för att säkerställa placeringen.
OBS! Membranet är återförslutande och läcker inte om aggregatet tas bort.